

Synovasure® набор контроли за алфа-дефензин

За *in vitro* диагностична употреба

НАИМЕНОВАНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Synovasure® набор контроли за алфа-дефензин предоставя положителна и отрицателна контрола за използване със Synovasure® набор за изследване на алфа-дефензин с латерален поток (Ref 00-8888-125-01, -05, -10, -30) или други набори, които изискват контроли за алфа-дефензин.

Synovasure набор контроли за алфа-дефензин е предназначен само за професионална употреба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- Неспазването на указанията може да доведе до неточни резултати.
- При използване заедно със Synovasure набор за изследване на алфа-дефензин с латерален поток спазвайте предпазните мерки за безопасност, съдържащи се в указанията за употреба.
- Бутилката за разтваряне на контроли, включена в този набор, съдържа буфер за разреждане. Буферът за разреждане съдържа консервант, който може да предизвика алергична кожна реакция. Не вдишвайте мъгла или изпарения. Може да предизвика дразнене на кожата, очите или дихателния тракт. Направете справка с информационните листове за безопасност, налични на www.cdidiagnostics.com.
- Отваряйте внимателно стъклени флакони. Флаконите са под вакуум.

ДОСТАВЕНИ РЕАГЕНТИ И МАТЕРИАЛИ

REF 00-8888-125-02	Synovasure набор контроли за алфа-дефензин	Количество
REF P50026	Положителна контрола 0,25 mL от 16 µg/mL алфа-дефензин в синтетична синовиална течност, лиофилизирана, стъклен флакон със запушалка	1
REF P50027	Отрицателна контрола 0,25 mL синтетична синовиална течност, лиофилизирана, стъклен флакон със запушалка	1
REF P50028	Бутилка за разтваряне на контроли, 2 mL от буфер за разреждане на кон	1

Забележка: Съхранявайте реагентите от набора при температура между 2 до 30 °C. Рехидратирани контроли може да бъдат запечатани отново и да се съхраняват до три (3) седмици при температура от 2 и 8 °C.










SYNOVASURE ПРОЦЕДУРА ЗА НАБОР КОНТРОЛИ ЗА АЛФА-ДЕФЕНЗИН

1. Прочетете цялата листовка, преди да използвате продукта.
2. Винаги проверявайте датата на изтичане на срока на годност преди изследването. **НЕ** използвайте на бори след датата на изтичане на срока на годност, отбелязан върху кутията. Винаги се уверявайте, че сте проверили за повреди всички компоненти на набора. Ако някой от компонентите е повреден, изхвърлете набора и изберете нов набор за изследването.
3. Изберете флакон с положителната контрола и отстранете капачката. Отстранете капачката от бутилката за разтваряне и добавете пет (5) цели капки от течността за разтваряне към флакона, съдържащ положителната контрола. Затворете отново положителната контрола с капачката, изчакайте 10 минути. Смесете чрез многократно леко почукване с пръсти на тръбичката, до пълното разтваряне на разтвора. Избягвайте обръщане с дъното нагоре.
4. Повторете горните стъпки за отрицателната контрола.
5. След като контролите са приготвени и разтворите им са напълно разбъркани, проведете изследването на пробите съгласно указанията за употреба, съдържащи се в Synovasure набор за изследване на алфа-дефензин с латерален поток или по утвърдени начин в други приложения, които изискват контроли за алфа-дефензин.

Synovasure е лицензирана търговска марка на Zimmer Biomet Holdings Inc., правопреемник на Zimmer Holdings Inc.

За допълнителна информация за продукта посетете www.cdidiagnostics.com

Легенда на символите

	Диагностично медицинско изделие <i>In vitro</i>		Упълномощен представител в Европейския съюз		86 °F 30 °C 36 °F 2 °C Температурни ограничения
	Направете справка с указанията за употреба		Да се използва преди		Производител
	Нестерилно изделие		положителен контрол		Отрицателен контрол

