

"Synovasure®" alfa defensino kontrolinių medžiagų rinkinys

Skirta naudoti *in vitro* diagnostikos tikslais

PAVADINIMAS IR PASKIRTIS

"Synovasure®" alfa defensino kontrolinių medžiagų rinkinyje yra teigiamos ir neigiamos kontrolinės medžiagos, skirtos naudoti su "Synovasure®" alfa defensino šoninio srauto testo rinkiniu (Nr. 00-8888-125-01, -05, -10, -30) ar kitais rinkiniais, kai reikalingos alfa defensino kontrolinės medžiagos.

"Synovasure" alfa defensino kontrolinių medžiagų rinkinys skirtas naudoti tik specialistams.

ĮSPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Nesilaikant instrukcijų rezultatai gali būti netikslūs.
- Naudodami "Synovasure" alfa defensino šoninio srauto testo rinkinį, laikykitės naudojimo instrukcijoje nurodytų saugos atsargumo priemonių.
- Šiame rinkinyje esančiame kontrolinės medžiagos skiedimo buteliuke yra skiedimo buferis. Jo sudėtyje yra konservantas, galintis sukelti alerginę odos reakciją. Stenkitės neįkvėpti rūko ar dūmų. Gali sukelti odos, akių ar kvėpavimo takų dirginimą. Žr. saugos duomenų lapą interneto svetainėje www.cddiagnostics.com.
- Atsargiai atidarykite stiklinius flakonus. Flakonuose yra vakuumas.

TIEKIAMI REAGENTAI IR MEDŽIAGOS

Nr. 00-8888-125-02	"Synovasure" alfa defensino kontrolinių medžiagų rinkinys	Kiekis
Nr. P50026	Teigiama kontrolinė medžiaga 0,25 ml 16 µg/ml alfa defensino liofilizuotame sintetiniame sąnarinia me skystyje; stiklinis flakonas su stabdikliu	1
Nr. P50027	Neigiama kontrolinė medžiaga 0,25 ml liofilizuoto sintetinio sąnarinio skysčio; stiklinis flakonas su stabdikliu	1
Nr. P50028	Kontrolinės medžiagos skiedimo buteliukas 2 ml kontrolinės medžiagos skiedimo buferio	1

Pastaba. Rinkinio reagentus laikykite 2 – 30 °C temperatūroje. Rehidruotas kontrolines medžiagas galima užkimšti ir laikyti iki trijų (3) savaičių 2 – 8 °C temperatūroje.










"SYNOVASURE" ALFA DEFENSINO KONTROLINIŲ MEDŽIAGŲ RINKINIO PROCEDŪRA

- Prieš naudodami gaminį, atidžiai perskaitykite pakuotės lapelį.
- Prieš testuodami visada patikrinkite galiojimo laiką. **NENAUDOKITE** rinkinių pasibaigus galiojimo laikui, išspausdintam ant dėžutės. Visada būtinai patikrinkite rinkinio komponentus, ar jie neapgadinti. Jei bet kurie komponentai apgadinti, išmeskite rinkinį ir testui pasirinkite naują rinkinį.
- Nuo flakono, kuriame yra teigiama kontrolinė medžiaga, nuimkite dangtelį. Nuimkite skiedimo buteliuko dangtelį ir įlašinkite penkis (5) lašus skiedimo skysčio į flakoną, kuriame yra teigiama kontrolinė medžiaga. Užkimškite teigiamos kontrolinės medžiagos mėgintuvėlį, palaukite 10 minučių. Maišykite, švelniai pirštu baksnodami mėgintuvėlį, kol tirpalas visiškai susimaišys. Neapverskite.
- Pakartokite anksčiau nurodytus veiksmus su neigiama kontroline medžiaga.
- Kai kontrolinės medžiagos paruoštos ir jų tirpalai kruopščiai sumaišyti, tirkite mėginius pagal naudojimo instrukcijas, esančias "Synovasure" alfa defensino šoninio srauto testo rinkinyje, arba taip, kaip patvirtinta naudoti kitu atveju, kai reikalingos alfa defensino kontrolinės medžiagos.

"Synovasure" yra licencijuotasis "Zimmer Biomet Holdings Inc.", "Zimmer Holdings Inc." perėmėjos, prekės ženklas.

Papildomą informaciją apie gaminį žr. www.cddiagnostics.com.

Simbolių sąrašas

	In vitro diagnostikos medicinos priemonė		Igaliojatis atstovas Europos Sąjungoje		86 °F 30 °C Temperatūriniai apribojimai
	Žr. naudojimo instrukcijas		Snaudoti iki		Gamintojas
	Nesterilus prietaisas		Teigiama kontrolinė medžiaga		Neigiama kontrolinė medžiaga

